

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Producto: MANGUERA WAGD NIST NIST 4 MT

Marca: JGE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN:

Las mangueras en Nylon es baja presión, con sus respectivos accesorios, sirve para empalmar máquinas de anestesia.

USOS:

- Las mangueras, se utiliza como extensión para suministrar en cualquier dispositivo o maquina de anestesia.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- La presión máxima de trabajo hasta 250 PSI.
- El tubo es un código de color gris para adaptarse a CGA C-9 estándar.
- temperatura de funcionamiento:-60c ~ 250C
- Reforzada con nylon trenzado fuerte.
- ISO 9001, sistema de gestión de calidad ISO13485 - NFPA99
- Resistencia a la tracción mpa:> = 6,5
- Resistencia a la rotura 1000 psi
- Alargamiento %: 296
- Tasa de contracción %: 2.7 ~ 3.0
- Compresión %: 30
- Gravedad específica: 1.2

MATERIALES:

| | |
|-----------------------|---|
| Mangueras | PVC antiestático (no incluye gas enchufe y conector) |
| Accesorios conectores | Bronce Laton [Cu58%, Zn 39%, otros 3%] con recubrimiento en cromo |
| O'rings | Caucho Nitrilo 100% |
| Color mangueras | EVACUACION LILA |

VIDA UTIL:

Diez (10) años.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Dimensiones | 1" |
| Tipo de Gas Medicinal | WAGD |
| Conexión de Entrada | NIST |
| Conexión de Salida | NIST |
| Accesorios | Racores, Tuercas, Niples, |
| Presión de Entrada | 55 PSI a 200PSI WAGD). |
| Longitud | 4 mt |


CUIDADOS Y PRECAUCIONES:

- No instale la manguera si encuentra rastros de aceite, grasa, derivados de petróleo o daños en los accesorios.
- Al momento de instalar la manguera, asegurese de que las conexiones esten correctamente.
- En el momento de sujetar las mangueras a los diferentes racores no se debe exceder la fuerza de torsión a más de 1/4 de vuelta.
- Evitar no colapsar la manguera para no tener restricción del flujo.


PRODUCTO:



DESPIECE PARTES:



El tubo es un código de colores para adaptarse a CGA C-9 estándar.



GARANTÍA

JGE EQUIPOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS LTDA. GARANTIZA AL CLIENTE EL PRODUCTO DURANTE SEIS MESES POR DEFECTOS DE MATERIAL O DE FABRICACIÓN, A PARTIR DE LA FECHA DE LA VENTA. LA GARANTÍA PIERDE VALIDEZ CUANDO SE REALICEN ALTERACIONES AL PRODUCTO EN SUS PARTES EXTERNAS O INTERNAS O CUANDO NO SE SIGAN LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE MANIPULACIÓN.

NIT: 900,031,064-9

Cra, 24 N° 35-26 Sur - PBX: 3615706 - Tels: 3002164892

www.jgeequiposmedicos.com - - jgeltlda@hotmail.com - Bogotá; D.C - Colombia